

<b>Nom</b> KABA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> KEITA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 15/05/1999	<b>Profession</b> OPERATEUR BULLDOZER
<b>Age</b> 24 Ans	<b>Entreprise</b> BECEIP
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 45	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 183 cm	<b>Prescripteur:</b>
<b>Poids</b> 77 kg	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	
<b>Opérateur</b> admin admin	



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Température ambiante : 29,2 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 93,4 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Humidité : 46 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,59 L	3,55 L	4,28 L	5,54 L	77,26 %
VEMS	3,59 L	3,55 L	3,71 L	4,65 L	79,78 %
DEP	10,33 L/s	8,53 L/s	9,42 L/s	10,33 L/s	91,19 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	86,68 %	82,74 %	104,76 %
Durée d'expiration	1,16 s	1,03 s	2,12 s	-	
DEMM	4,40 L/s	5,78 L/s	3,93 L/s	5,18 L/s	75,87 %
DEMM/ CVF	1,23 s-1	1,63 s-1	0,92 s-1	0,94 s-1	97,87 %
DE75	8,66 L/s	8,38 L/s	8,81 L/s	8,79 L/s	100,23 %
DE50	4,72 L/s	6,06 L/s	4,20 L/s	5,82 L/s	72,16 %
DE25	2,94 L/s	3,39 L/s	1,86 L/s	2,78 L/s	66,91 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: