


<b>Nom</b> FOFANA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> SAMOUKA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1980	<b>Profession</b>
<b>Age</b> 44 Ans	<b>Entreprise</b> BECEIP
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b> CHAUFFER
<b>ID</b> 737	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 174 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 71 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	




**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale

Version du logiciel embarqué : V01.02.00	Température ambiante : 29,5 °C
Numéro de série : 232697	Pression atmosphérique : 93,6 kPa
Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024	Humidité : 63 %



Courbe n°1 ★



Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,89 L	4,09 L	95,11 %
VEMS	3,89 L	3,32 L	117,17 %
DEP	10,98 L/s	8,70 L/s	126,21 %
VEMS/ CVF	100,00 %	81,20 %	123,15 %
Durée d'expiration	0,84 s	-	
DEMM	8,89 L/s	3,45 L/s	257,68 %
DEMM/ CVF	2,29 s-1	0,84 s-1	272,62 %
DE75	10,79 L/s	-	
DE50	9,06 L/s	-	
DE25	6,32 L/s	-	