



<b>Nom</b> CONDE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> SEINDOU AMINATA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/07/1985	<b>Profession</b> ASSISTANT LABORATOIR
<b>Age</b> 38 Ans	<b>Entreprise</b> BCEIP
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 235	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 173 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 67 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 28,1 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 700,6 mmHg  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 43 %



Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Prédits	% Prédits
CVF	3,05 L	2,86 L	4,14 L	73,67 %
VEMS	2,97 L	2,86 L	3,41 L	87,10 %
DEP	5,25 L/s	6,29 L/s	8,86 L/s	59,26 %
VEMS/CVF	97,38 %	100,00 %	82,29 %	118,34 %
Durée d'expiration	1,63 s	1,10 s	-	
DEMM	3,85 L/s	5,00 L/s	3,67 L/s	104,90 %
DEMM/CVF	1,26 s-1	1,75 s-1	0,89 s-1	141,57 %
DE75	5,21 L/s	5,81 L/s	-	
DE50	4,09 L/s	5,24 L/s	-	
DE25	2,54 L/s	3,45 L/s	-	