

<b>Nom</b> CONDE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> SAMOUKA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1984	<b>Profession</b> MANEUVRE
<b>Age</b> 40 Ans	<b>Entreprise</b> BECEIP
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 59	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 170 cm	<b>Prescripteur:</b>
<b>Poids</b> 68 kg	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	
<b>Opérateur</b> KEITA MARIAMA DALANDA	



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:**



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 31,9 °C

Numéro de série : 232697

Pression atmosphérique : 93,4 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 56 %



Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,18 L	4,40 L	72,27 %
VEMS	2,86 L	3,66 L	78,14 %
DEP	7,96 L/s	8,88 L/s	89,64 %
VEMS/ CVF	89,94 %	80,05 %	112,35 %
Durée d'expiration	2,72 s	-	
DEMM	4,16 L/s	4,28 L/s	97,20 %
DEMM/ CVF	1,31 s-1	0,97 s-1	135,05 %
DE75	7,85 L/s	7,65 L/s	102,61 %
DE50	4,75 L/s	4,86 L/s	97,74 %
DE25	1,73 L/s	2,05 L/s	84,39 %