

<b>Nom</b> CONDE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MORY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/05/1980	<b>Profession</b> OPERATEUR POIDS LOURD
<b>Age</b> 44 Ans	<b>Entreprise</b> BCEIP
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 297	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 186 cm	<b>Prescripteur:</b>
<b>Poids</b> 102 kg	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Valeurs prédites</b> Knudson	
<b>Opérateur</b> admin admin	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232697  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024

Température ambiante : 27,1 °C  
 Pression atmosphérique : 93,2 kPa  
 Humidité : 44 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	3,38 L	3,75 L	3,65 L	5,61 L	66,84 %
VEMS	3,38 L	3,75 L	3,65 L	4,57 L	82,06 %
DÉP	8,50 L/s	7,70 L/s	6,85 L/s	9,95 L/s	77,39 %
VEMS/CVF	100,00 %	100,00 %	100,00 %	82,08 %	121,83 %
Durée d'expiration	0,87 s	1,16 s	1,09 s	-	
DEMM	7,48 L/s	6,13 L/s	6,02 L/s	4,65 L/s	131,83 %
DEMM/CVF	2,21 s-1	1,63 s-1	1,65 s-1	0,83 s-1	196,39 %
DE75	8,08 L/s	6,82 L/s	6,27 L/s	7,78 L/s	87,66 %
DE50	7,61 L/s	5,91 L/s	5,96 L/s	5,57 L/s	106,10 %
DE25	5,66 L/s	4,74 L/s	5,00 L/s	2,27 L/s	208,81 %