

<b>Nom</b> KPOCHOMOU	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> EBY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1990	<b>Profession</b> OPERATEUR EXCAVATEUR
<b>Age</b> 34 Ans	<b>Entreprise</b> BCEIP
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 308	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 181 cm	<b>Prescripteur:</b>
<b>Poids</b> 85 kg	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Valeurs prédites</b> Knudson	
<b>Opérateur</b> admin admin	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232697  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024

Température ambiante : 26,4 °C  
 Pression atmosphérique : 93,4 kPa  
 Humidité : 50 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,66 L	3,56 L	3,66 L	5,48 L	66,79 %
VEMS	3,25 L	3,27 L	3,34 L	4,53 L	73,73 %
DÉP	5,75 L/s	5,70 L/s	6,69 L/s	9,83 L/s	68,06 %
VEMS/CVF	88,80 %	91,85 %	91,26 %	83,13 %	109,78 %
Durée d'expiration	1,92 s	1,65 s	1,88 s	-	
DEMM	3,85 L/s	3,96 L/s	4,33 L/s	4,73 L/s	91,54 %
DEMM/CVF	1,05 s-1	1,11 s-1	1,18 s-1	0,86 s-1	137,21 %
DE75	4,99 L/s	5,28 L/s	5,98 L/s	7,69 L/s	77,76 %
DE50	4,69 L/s	4,35 L/s	5,30 L/s	5,60 L/s	94,64 %
DE25	3,02 L/s	2,88 L/s	2,49 L/s	2,35 L/s	105,96 %