


Nom TRAORE	Adresse
Prénom YAKOUBA	Exposition
Né le 01/01/1991	Profession SOUDEUR
Age 33 Ans	Entreprise BCEIP
Genre Masculin	Service
ID 532	Fumeur Ancien fumeur
Taille 174 cm	Groupe ethnique Caucasiens
Poids 59 kg	Prescripteur:
Valeurs prédites Eccs/Zapletal	Smoking Pack Years : 0
Opérateur admin admin	



Fim medical
51 rue Primat
+33 (0)4 72 34 89 89
+33(0)4 72 33 43 51

Conclusion: Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00
Température ambiante : 32,2 °C
Numéro de série : 232803
Pression atmosphérique : 93,5 kPa
Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024
Humidité : 60 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3	Courbe n°4	Courbe n°5 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,31 L	3,32 L	3,36 L	2,95 L	3,52 L	4,81 L	73,18 %
VEMS	3,31 L	3,32 L	3,36 L	2,95 L	3,51 L	4,03 L	87,10 %
DEP	8,40 L/s	7,51 L/s	9,07 L/s	6,89 L/s	6,47 L/s	9,43 L/s	68,61 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	99,72 %	81,30 %	122,66 %
Durée d'expiration	0,88 s	0,91 s	0,93 s	1,17 s	1,54 s	-	
DEMM	6,06 L/s	6,23 L/s	6,70 L/s	5,67 L/s	5,70 L/s	4,66 L/s	122,32 %
DEMM/ CVF	1,83 s-1	1,88 s-1	1,99 s-1	1,92 s-1	1,62 s-1	0,97 s-1	167,01 %
DE75	8,36 L/s	7,48 L/s	9,07 L/s	6,74 L/s	6,15 L/s	8,07 L/s	76,21 %
DE50	5,77 L/s	6,17 L/s	6,76 L/s	6,10 L/s	5,55 L/s	5,23 L/s	106,12 %
DE25	4,76 L/s	4,74 L/s	4,81 L/s	3,81 L/s	4,41 L/s	2,34 L/s	188,46 %