



<b>Nom</b> SACKO	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> SEKOU	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 18/05/1984	<b>Profession</b> CHAUFFEUR POIDS LOURD
<b>Age</b> 40 Ans	<b>Entreprise</b> BCEIP
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 631	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 181 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 95 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Knudson	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 28,7 °C  
 Numéro de série : 232803      Pression atmosphérique : 93,7 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024      Humidité : 54 %



Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Prédits	% Prédits
CVF	3,82 L	3,55 L	5,30 L	72,08 %
VEMS	3,64 L	3,36 L	4,36 L	83,49 %
DEP	7,61 L/s	7,11 L/s	9,62 L/s	79,11 %
VEMS/CVF	95,29 %	94,65 %	82,50 %	115,50 %
Durée d'expiration	1,61 s	1,91 s	-	
DEMM	5,29 L/s	5,30 L/s	4,51 L/s	117,29 %
DEMM/CVF	1,38 s-1	1,49 s-1	0,85 s-1	162,35 %
DE75	6,95 L/s	6,28 L/s	7,48 L/s	92,91 %
DE50	5,44 L/s	6,07 L/s	5,38 L/s	101,12 %
DE25	3,76 L/s	2,87 L/s	2,21 L/s	170,14 %