



<b>Nom</b> KONATE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> LASSO	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 04/03/1991	<b>Profession</b> CHAUFFEUR VL
<b>Age</b> 33 Ans	<b>Entreprise</b> BECEIP
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 693	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 170 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 27,6 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,4 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 53 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	2,19 L	2,49 L	2,47 L	4,06 L	61,33 %
VEMS	2,19 L	2,49 L	2,45 L	3,39 L	73,45 %
DEP	6,93 L/s	7,26 L/s	6,36 L/s	8,78 L/s	82,69 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	99,19 %	83,21 %	120,18 %
Durée d'expiration	0,93 s	1,20 s	1,20 s	-	
DEMM	3,93 L/s	4,23 L/s	3,99 L/s	3,77 L/s	112,20 %
DEMM/ CVF	1,79 s-1	1,70 s-1	1,62 s-1	0,93 s-1	182,80 %
DE75	6,76 L/s	7,23 L/s	6,09 L/s	-	
DE50	3,84 L/s	4,51 L/s	5,60 L/s	-	
DE25	2,24 L/s	1,70 L/s	2,04 L/s	-	