



<b>Nom</b> MANSARE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MOUSSA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1989	<b>Profession</b> SPORTERS
<b>Age</b> 35 Ans	<b>Entreprise</b> BECEIP
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 1001	<b>Fumeur</b> Ancien fumeur
<b>Taille</b> 176 cm	<b>Prescripteur:</b>
<b>Poids</b> 70 kg	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 34,1 °C  
 Numéro de série : 232803      Pression atmosphérique : 93,5 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024      Humidité : 48 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Courbe n°4	Prédits	% Prédits
CVF	3,03 L	3,88 L	3,10 L	3,11 L	4,88 L	79,51 %
VEMS	2,89 L	3,88 L	3,10 L	3,06 L	4,06 L	95,57 %
DEP	4,76 L/s	5,11 L/s	8,27 L/s	5,46 L/s	9,47 L/s	53,96 %
VEMS/ CVF	95,38 %	100,00 %	100,00 %	98,39 %	80,94 %	123,55 %
Durée d'expiration	1,19 s	1,33 s	6,12 s	1,27 s	-	
DEMM	2,65 L/s	4,92 L/s	8,07 L/s	3,83 L/s	4,62 L/s	106,49 %
DEMM/ CVF	0,87 s-1	1,27 s-1	2,60 s-1	1,23 s-1	0,95 s-1	133,68 %
DE75	3,83 L/s	4,22 L/s	6,97 L/s	5,46 L/s	8,12 L/s	51,97 %
DE50	2,64 L/s	5,02 L/s	8,00 L/s	3,80 L/s	5,24 L/s	95,80 %
DE25	2,47 L/s	4,60 L/s	7,58 L/s	2,85 L/s	2,34 L/s	196,58 %