



Nom CAMARA	Adresse
Prénom MOUCTAR	Exposition
Né le 01/01/2000	Profession OPERATEUR
Age 24 Ans	Entreprise BCEIP
Genre Masculin	Service
ID 00	Fumeur Non fumeur
Taille 168 cm	Groupe ethnique Origine africaine
Poids	Prescripteur:
Valeurs prédites Eccls/Zapletal	Smoking Pack Years : 0
Opérateur admin admin	



Fim medical
 51 rue Primat
 +33 (0)4 72 34 89 89
 +33(0)4 72 33 43 51

Conclusion:

Version du logiciel embarqué : V01.02.00 Température ambiante : 31,1 °C
 Numéro de série : 232707 Pression atmosphérique : 100,9 kPa
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024 Humidité : 59 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,09 L	3,22 L	3,27 L	4,07 L	80,34 %
VEMS	3,09 L	3,22 L	3,20 L	3,49 L	91,69 %
DEP	7,03 L/s	7,81 L/s	6,87 L/s	9,40 L/s	73,09 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	97,86 %	82,74 %	118,27 %
Durée d'expiration	1,05 s	1,14 s	1,50 s	-	
DEMM	4,95 L/s	4,99 L/s	4,91 L/s	4,89 L/s	100,41 %
DEMM/ CVF	1,60 s-1	1,55 s-1	1,50 s-1	1,04 s-1	144,23 %
DE75	5,08 L/s	7,53 L/s	6,86 L/s	7,98 L/s	85,96 %
DE50	5,86 L/s	5,22 L/s	5,02 L/s	5,25 L/s	95,62 %
DE25	3,30 L/s	3,06 L/s	2,95 L/s	2,39 L/s	123,43 %