

<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MAMADY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 08/05/2000	<b>Profession</b> MANEUVRE
<b>Age</b> 23 Ans	<b>Entreprise</b> BECEIP
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 84	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 170 cm	<b>Prescripteur:</b>
<b>Poids</b> 56 kg	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	
<b>Opérateur</b> admin admin	



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:**



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 33 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 93,6 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 55 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Courbe n°4	Courbe n°5	Prédits	% Prédits
CVF	3,32 L	3,24 L	3,48 L	3,20 L	3,31 L	4,79 L	72,65 %
VEMS	3,32 L	3,24 L	3,48 L	3,20 L	3,31 L	4,09 L	85,09 %
DEP	5,92 L/s	5,15 L/s	4,71 L/s	8,80 L/s	8,29 L/s	9,53 L/s	49,42 %
VEMS/CVF	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	82,74 %	120,86 %
Durée d'expiration	1,38 s	1,27 s	1,48 s	0,79 s	0,86 s	-	
DEMM	5,30 L/s	4,71 L/s	3,97 L/s	6,32 L/s	6,73 L/s	4,93 L/s	80,53 %
DEMM/CVF	1,60 s-1	1,45 s-1	1,14 s-1	1,98 s-1	2,03 s-1	1,03 s-1	110,68 %
DE75	4,50 L/s	4,58 L/s	4,39 L/s	8,75 L/s	8,13 L/s	8,09 L/s	54,26 %
DE50	5,62 L/s	4,66 L/s	4,05 L/s	7,33 L/s	6,64 L/s	5,32 L/s	76,13 %
DE25	4,35 L/s	3,98 L/s	3,26 L/s	4,97 L/s	4,94 L/s	2,44 L/s	133,61 %