



<b>Nom</b> KEITA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> N'VAMBA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1990	<b>Profession</b> OUVRIER CHANTIER
<b>Age</b> 34 Ans	<b>Entreprise</b> BCEIP
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 176	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 172 cm	<b>Prescripteur:</b>
<b>Poids</b> 72 kg	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	
<b>Opérateur</b> admin admin	



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 25,5 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,4 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 50 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,56 L	3,02 L	4,67 L	64,67 %
VEMS	2,42 L	2,83 L	3,92 L	72,19 %
DEP	5,04 L/s	8,33 L/s	9,26 L/s	89,96 %
VEMS/ CVF	94,53 %	93,71 %	81,12 %	115,52 %
Durée d'expiration	1,52 s	1,76 s	-	
DEMM	3,64 L/s	4,37 L/s	4,58 L/s	95,41 %
DEMM/ CVF	1,42 s-1	1,45 s-1	0,98 s-1	147,96 %
DE75	4,68 L/s	7,79 L/s	7,93 L/s	98,23 %
DE50	3,81 L/s	4,57 L/s	5,12 L/s	89,26 %
DE25	2,20 L/s	2,14 L/s	2,26 L/s	94,69 %