



<b>Nom</b> CONDE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> IBRAHIMA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1995	<b>Profession</b> CHAUFFEUR POID LOURD
<b>Age</b> 29 Ans	<b>Entreprise</b> BECEIP
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 122	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 180 cm	<b>Prescripteur:</b>
<b>Poids</b> 71 kg	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	
<b>Opérateur</b> admin admin	



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 27,1 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,6 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 47 %



Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,86 L	5,26 L	73,38 %
VEMS	3,86 L	4,41 L	87,53 %
DEP	9,68 L/s	9,97 L/s	97,09 %
VEMS/ CVF	100,00 %	82,02 %	121,92 %
Durée d'expiration	0,90 s	-	
DEMM	6,87 L/s	4,95 L/s	138,79 %
DEMM/ CVF	1,78 s-1	0,94 s-1	189,36 %
DE75	9,14 L/s	8,52 L/s	107,28 %
DE50	6,97 L/s	5,58 L/s	124,91 %
DE25	4,89 L/s	2,60 L/s	188,08 %