

<b>Nom</b> CONDE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> N'VALY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1996	<b>Profession</b> OPERATEUR POIDS LOURD
<b>Age</b> 28 Ans	<b>Entreprise</b> BCEIP
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 262	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 169 cm	<b>Prescripteur:</b>
<b>Poids</b> 71 kg	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Valeurs prédites</b> Knudson	
<b>Opérateur</b> admin admin	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232697  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024

Température ambiante : 28,6 °C  
 Pression atmosphérique : 93,2 kPa  
 Humidité : 43 %



Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,38 L	4,65 L	72,69 %
VEMS	3,32 L	3,91 L	84,91 %
DÉP	8,83 L/s	8,92 L/s	98,99 %
VEMS/CVF	98,22 %	83,76 %	117,26 %
Durée d'expiration	1,25 s	-	
DEMM	4,81 L/s	4,25 L/s	113,18 %
DEMM/CVF	1,42 s <sup>-1</sup>	0,91 s <sup>-1</sup>	156,04 %
DE75	8,73 L/s	6,84 L/s	127,63 %
DE50	5,08 L/s	4,99 L/s	101,80 %
DE25	2,64 L/s	2,11 L/s	125,12 %