



Nom KEIRA	Adresse
Prénom SEYDOU	Exposition
Né le 01/01/1994	Profession OPERATEUR RXCAVATEUR
Age 30 Ans	Entreprise BECEIP
Genre Masculin	Service
ID 106	Fumeur Ancien fumeur
Taille 169 cm	Prescripteur:
Poids 62 kg	Smoking Pack Years : 3
Valeurs prédites Eccs/Zapletal	
Opérateur admin admin	



MEDVIE
CENTRE MEDICAL BEYLA
611724921

Conclusion:

Version du logiciel embarqué : V01.02.00 Température ambiante : 25,6 °C
 Numéro de série : 232697 Pression atmosphérique : 93,5 kPa
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 51 %



Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,25 L	4,60 L	70,65 %
VEMS	3,25 L	3,91 L	83,12 %
DEP	9,42 L/s	9,25 L/s	101,84 %
VEMS/ CVF	100,00 %	81,84 %	122,19 %
Durée d'expiration	1,25 s	-	
DEMM	5,69 L/s	4,69 L/s	121,32 %
DEMM/ CVF	1,75 s-1	1,02 s-1	171,57 %
DE75	8,71 L/s	7,89 L/s	110,39 %
DE50	6,90 L/s	5,13 L/s	134,50 %
DE25	2,95 L/s	2,29 L/s	128,82 %