

<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> OUMAR	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 19/03/1983	<b>Profession</b> OPERATEUR COMPACTEUR
<b>Age</b> 40 Ans	<b>Entreprise</b>
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 99	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 170 cm	<b>Prescripteur:</b>
<b>Poids</b> 68 kg	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	
<b>Opérateur</b> admin admin	





**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232803  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Température ambiante : 34,1 °C  
 Pression atmosphérique : 93,4 kPa  
 Humidité : 47 %



Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	4,08 L	4,40 L	92,73 %
VEMS	3,86 L	3,66 L	105,46 %
DEP	7,24 L/s	8,88 L/s	81,53 %
VEMS/ CVF	94,61 %	80,05 %	118,19 %
Durée d'expiration	1,87 s	-	
DEMM	5,00 L/s	4,28 L/s	116,82 %
DEMM/ CVF	1,23 s-1	0,97 s-1	126,80 %
DE75	6,81 L/s	7,65 L/s	89,02 %
DE50	5,39 L/s	4,86 L/s	110,91 %
DE25	2,42 L/s	2,05 L/s	118,05 %