



<b>Nom</b> KONATE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> FREBORY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/07/1990	<b>Profession</b> SPOTERS
<b>Age</b> 34 Ans	<b>Entreprise</b> BCEIP
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 647	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 174 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 70 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire obstructif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 30,3 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,2 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 56 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	1,86 L	3,50 L	2,33 L	4,27 L	81,97 %
VEMS	1,86 L	3,20 L	2,33 L	3,55 L	90,14 %
DEP	3,87 L/s	4,35 L/s	3,53 L/s	9,11 L/s	47,75 %
VEMS/ CVF	100,00 %	91,43 %	100,00 %	83,02 %	110,13 %
Durée d'expiration	0,86 s	1,38 s	1,19 s	-	
DEMM	3,53 L/s	3,47 L/s	2,65 L/s	3,87 L/s	89,66 %
DEMM/ CVF	1,90 s-1	0,99 s-1	1,14 s-1	0,91 s-1	108,79 %
DE75	3,63 L/s	4,10 L/s	3,39 L/s	-	
DE50	3,74 L/s	3,63 L/s	2,57 L/s	-	
DE25	2,87 L/s	2,50 L/s	2,17 L/s	-	