



<b>Nom</b> KOUROUMA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> SAMOUKA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1985	<b>Profession</b>
<b>Age</b> 39 Ans	<b>Entreprise</b>
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 38	<b>Fumeur</b> Ancien fumeur
<b>Taille</b> 171 cm	<b>Prescripteur:</b>
<b>Poids</b> 71 kg	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	
<b>Opérateur</b> KEITA MARIAMA DALANDA	



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 29,2 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,6 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 47 %



Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,30 L	4,49 L	73,50 %
VEMS	3,28 L	3,73 L	87,94 %
DEP	6,11 L/s	8,99 L/s	67,96 %
VEMS/ CVF	99,39 %	80,23 %	123,88 %
Durée d'expiration	1,65 s	-	
DEMM	4,77 L/s	4,35 L/s	109,66 %
DEMM/ CVF	1,45 s-1	0,97 s-1	149,48 %
DE75	5,99 L/s	7,73 L/s	77,49 %
DE50	4,91 L/s	4,93 L/s	99,59 %
DE25	3,17 L/s	2,10 L/s	150,95 %