



<b>Nom</b> CONDE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MOUSSA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/08/1993	<b>Profession</b> MACON
<b>Age</b> 30 Ans	<b>Entreprise</b> BCEIP
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 670	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 176 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 66 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 28,6 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,6 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 61 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,12 L	3,61 L	3,45 L	4,46 L	77,35 %
VEMS	2,88 L	3,61 L	3,45 L	3,74 L	92,25 %
DEP	3,72 L/s	7,32 L/s	5,55 L/s	9,47 L/s	58,61 %
VEMS/CVF	92,31 %	100,00 %	100,00 %	83,76 %	119,39 %
Durée d'expiration	2,11 s	1,02 s	1,13 s	-	
DEMM	3,48 L/s	6,31 L/s	5,09 L/s	4,12 L/s	123,54 %
DEMM/CVF	1,12 s-1	1,75 s-1	1,48 s-1	0,92 s-1	160,87 %
DE75	3,30 L/s	7,11 L/s	4,44 L/s	-	
DE50	3,61 L/s	6,62 L/s	5,41 L/s	-	
DE25	2,65 L/s	4,48 L/s	4,18 L/s	-	