

<b>Nom</b> CONE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MOUSSA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 25/03/1988	<b>Profession</b> ASSISTANT ADMIN D'ENTREPOT
<b>Age</b> 36 Ans	<b>Entreprise</b> BCEIP
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 551	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 180 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 101 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Knudson	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 30,6 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 93,7 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 64 %



Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	4,13 L	5,34 L	77,34 %
VEMS	4,13 L	4,41 L	93,65 %
DEP	11,10 L/s	9,67 L/s	114,79 %
VEMS/CVF	100,00 %	82,92 %	120,60 %
Durée d'expiration	1,12 s	-	
DEMM	5,87 L/s	4,60 L/s	127,61 %
DEMM/CVF	1,42 s-1	0,86 s-1	165,12 %
DE75	10,64 L/s	7,53 L/s	141,30 %
DE50	5,82 L/s	5,45 L/s	106,79 %
DE25	3,14 L/s	2,27 L/s	138,33 %