



<b>Nom</b> CONDE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> SIDIKI	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 29/04/1985	<b>Profession</b> TECHNICIEN HSE
<b>Age</b> 38 Ans	<b>Entreprise</b> GROUPE BDEIP
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 003	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 175 cm	<b>Groupe ethnique</b> Caucasien
<b>Poids</b> 101 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendence d'un trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 27,8 °C  
 Numéro de série : 232803      Pression atmosphérique : 93,7 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024      Humidité : 27 %



Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,75 L	4,74 L	79,11 %
VEMS	3,75 L	3,93 L	95,42 %
DEP	8,32 L/s	9,28 L/s	89,66 %
VEMS/CVF	100,00 %	80,41 %	124,36 %
Durée d'expiration	1,01 s	-	
DEMM	6,61 L/s	4,47 L/s	147,87 %
DEMM/CVF	1,76 s-1	0,94 s-1	187,23 %
DE75	7,92 L/s	7,98 L/s	99,25 %
DE50	6,61 L/s	5,11 L/s	129,35 %
DE25	4,92 L/s	2,23 L/s	220,63 %