



<b>Nom</b> DOUKOURE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> KARAMO	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1980	<b>Profession</b> 144
<b>Age</b> 44 Ans	<b>Entreprise</b> BCEIP
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 144	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 170 cm	<b>Prescripteur:</b>
<b>Poids</b> 93 kg	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Valeurs prédites</b> Eccls/Zapletal	
<b>Opérateur</b> admin admin	



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 28,6 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,4 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 48 %



Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,75 L	4,30 L	87,21 %
VEMS	3,37 L	3,54 L	95,20 %
DEP	8,93 L/s	8,71 L/s	102,53 %
VEMS/CVF	89,87 %	79,33 %	113,29 %
Durée d'expiration	2,29 s	-	
DEMM	4,61 L/s	4,11 L/s	112,17 %
DEMM/CVF	1,23 s-1	0,96 s-1	128,12 %
DE75	8,28 L/s	7,53 L/s	109,96 %
DE50	5,14 L/s	4,73 L/s	108,67 %
DE25	2,04 L/s	1,95 L/s	104,62 %