



<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> ISMAEL	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1993	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 31 Ans	<b>Entreprise</b> BECEIP
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 62	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 178 cm	<b>Prescripteur:</b>
<b>Poids</b> 70 kg	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	
<b>Opérateur</b> KEITA MARIAMA DALANDA	



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 30,4 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,4 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 56 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,09 L	3,49 L	5,10 L	68,43 %
VEMS	3,08 L	3,25 L	4,26 L	76,29 %
DEP	5,46 L/s	8,64 L/s	9,76 L/s	88,52 %
VEMS/ CVF	99,68 %	93,12 %	81,66 %	114,03 %
Durée d'expiration	1,17 s	1,89 s	-	
DEMM	4,04 L/s	4,64 L/s	4,83 L/s	96,07 %
DEMM/ CVF	1,31 s-1	1,33 s-1	0,95 s-1	140,00 %
DE75	5,20 L/s	7,96 L/s	8,35 L/s	95,33 %
DE50	4,16 L/s	5,29 L/s	5,44 L/s	97,24 %
DE25	3,01 L/s	2,25 L/s	2,49 L/s	90,36 %