

Nom CAMARA	Adresse
Prénom MOHAMED	Exposition
Né le 01/01/1993	Profession OPERATEUR
Age 31 Ans	Entreprise BECEIP
Genre Masculin	Service
ID 650	Fumeur Non fumeur
Taille 169 cm	Groupe ethnique Origine africaine
Poids	Prescripteur:
Valeurs prédites NHANES III	Smoking Pack Years : 0
Opérateur admin admin	



Fim medical
51 rue Primat
+33 (0)4 72 34 89 89
+33(0)4 72 33 43 51

Conclusion: Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale

Version du logiciel embarqué : V01.02.00


Température ambiante : 29,1 °C

Numéro de série : 232697

Pression atmosphérique : 93,5 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024

Humidité : 54 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,95 L	3,37 L	4,04 L	83,42 %
VEMS	2,95 L	3,37 L	3,39 L	99,41 %
DEP	9,48 L/s	8,55 L/s	8,77 L/s	97,49 %
VEMS/CVF	100,00 %	100,00 %	83,57 %	119,66 %
Durée d'expiration	0,78 s	0,74 s	-	
DEMM	5,00 L/s	6,40 L/s	3,82 L/s	167,54 %
DEMM/CVF	1,69 s-1	1,90 s-1	0,95 s-1	200,00 %
DE75	7,15 L/s	8,54 L/s	-	
DE50	5,00 L/s	6,79 L/s	-	
DE25	3,10 L/s	3,69 L/s	-	