


<b>Nom</b> KOUROUMA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> ALY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1987	<b>Profession</b>
<b>Age</b> 37 Ans	<b>Entreprise</b> BECEIP
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b> CHAUFFER
<b>ID</b> 730	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 163 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 68 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	




**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00	Température ambiante : 27,3 °C
Numéro de série : 232697	Pression atmosphérique : 93,7 kPa
Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024	Humidité : 62 %



~ Courbe n°1  
~ Courbe n°2 ★



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,50 L	2,52 L	3,60 L	70,00 %
VEMS	2,48 L	2,49 L	2,99 L	83,28 %
DEP	6,11 L/s	7,38 L/s	7,98 L/s	92,48 %
VEMS/ CVF	99,20 %	98,81 %	82,48 %	119,80 %
Durée d'expiration	1,29 s	1,24 s	-	
DEMM	4,08 L/s	3,65 L/s	3,36 L/s	108,63 %
DEMM/ CVF	1,63 s-1	1,45 s-1	0,93 s-1	155,91 %
DE75	5,56 L/s	6,81 L/s	-	
DE50	4,61 L/s	4,14 L/s	-	
DE25	1,87 L/s	1,70 L/s	-	

Signature du patient:

Signature de l'opérateur: