

<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> Ibrahima	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/07/2000	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 23 Ans	<b>Entreprise</b> GPC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 330	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 178 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 87 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccls/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 29,8 °C

Numéro de série : 232707

Pression atmosphérique : 100,6 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024 Humidité : 54 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,92 L	2,95 L	3,35 L	4,57 L	73,30 %
VEMS	2,63 L	2,92 L	3,35 L	3,86 L	86,79 %
DEP	3,15 L/s	4,16 L/s	5,15 L/s	10,02 L/s	51,40 %
VEMS/ CVF	90,07 %	98,98 %	100,00 %	82,74 %	120,86 %
Durée d'expiration	1,95 s	1,30 s	1,08 s	-	
DEMM	2,75 L/s	3,43 L/s	4,73 L/s	5,08 L/s	93,11 %
DEMM/ CVF	0,94 s-1	1,16 s-1	1,41 s-1	0,97 s-1	145,36 %
DE75	2,59 L/s	4,10 L/s	4,38 L/s	8,52 L/s	51,41 %
DE50	2,89 L/s	3,57 L/s	4,95 L/s	5,63 L/s	87,92 %
DE25	2,19 L/s	2,68 L/s	4,29 L/s	2,65 L/s	161,89 %