



<b>Nom</b> COUMBASSA	<b>Adresse</b> 620189503
<b>Prénom</b> IDRISSE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1989	<b>Profession</b> ELECTRICIEN
<b>Age</b> 36 Ans	<b>Entreprise</b> GPC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 952	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 177 cm	<b>Groupe ethnique</b> Caucasien
<b>Poids</b> 71 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00	Température ambiante : 28,4 °C
Numéro de série : 232697	Pression atmosphérique : 100,2 kPa
Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024	Humidité : 46 %



Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,30 L	4,91 L	46,84 %
VEMS	2,30 L	4,08 L	56,37 %
DÉP	4,86 L/s	9,48 L/s	51,27 %
VEMS/CVF	100,00 %	80,77 %	123,81 %
Durée d'expiration	1,05 s	-	
DEMM	4,13 L/s	4,59 L/s	89,98 %
DEMM/CVF	1,80 s <sup>-1</sup>	0,93 s <sup>-1</sup>	193,55 %
DE75	4,38 L/s	8,15 L/s	53,74 %
DE50	4,34 L/s	5,25 L/s	82,67 %
DE25	2,82 L/s	2,34 L/s	120,51 %