

<b>Nom</b> SIDIBE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> LANCINET	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 25/04/1997	<b>Profession</b>
<b>Age</b> 26 Ans	<b>Entreprise</b>
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> MVGPC112	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 181 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 72 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232707  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024

Température ambiante : 28,8 °C  
 Pression atmosphérique : 100,3 kPa  
 Humidité : 42 %



Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,49 L	4,70 L	74,26 %
VEMS	3,34 L	3,95 L	84,56 %
DÉP	8,46 L/s	10,16 L/s	83,27 %
VEMS/CVF	95,70 %	82,56 %	115,92 %
Durée d'expiration	1,32 s	-	
DEMM	4,58 L/s	5,10 L/s	89,80 %
DEMM/CVF	1,31 s <sup>-1</sup>	0,94 s <sup>-1</sup>	139,36 %
DE75	7,86 L/s	8,66 L/s	90,76 %
DE50	4,80 L/s	5,71 L/s	84,06 %
DE25	2,53 L/s	2,70 L/s	93,70 %