

<b>Nom</b> KABA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MOHAMED	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 04/06/1994	<b>Profession</b> GESTIONNAIRE CARBURANT
<b>Age</b> 30 Ans	<b>Entreprise</b> GPC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 368	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 179 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 87 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 4
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 28,3 °C

Numéro de série : 232707

Pression atmosphérique : 100,8 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024 Humidité : 49 %



Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,80 L	4,51 L	84,26 %
VEMS	3,78 L	3,78 L	100,00 %
DEP	8,09 L/s	9,87 L/s	81,97 %
VEMS/ CVF	99,47 %	81,84 %	121,54 %
Durée d'expiration	1,19 s	-	
DEMM	5,69 L/s	4,89 L/s	116,36 %
DEMM/ CVF	1,50 s-1	0,94 s-1	159,57 %
DE75	7,51 L/s	8,43 L/s	89,09 %
DE50	6,20 L/s	5,51 L/s	112,52 %
DE25	3,87 L/s	2,55 L/s	151,76 %