

<b>Nom</b> KALOGA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> OUSMANE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 10/01/1978	<b>Profession</b> MENUISIER
<b>Age</b> 46 Ans	<b>Entreprise</b> GPC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 258	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 168 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 74 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire obstructif.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 28,4 °C

Numéro de série : 232707

Pression atmosphérique : 100,8 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024 Humidité : 60 %



Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	2,94 L	2,92 L	2,87 L	3,59 L	81,89 %
VEMS	2,60 L	2,47 L	2,51 L	2,96 L	87,84 %
DEP	3,62 L/s	2,95 L/s	3,22 L/s	8,50 L/s	42,59 %
VEMS/ CVF	88,44 %	84,59 %	87,46 %	78,98 %	111,98 %
Durée d'expiration	3,06 s	3,10 s	3,39 s	-	
DEMM	3,15 L/s	2,56 L/s	2,89 L/s	3,99 L/s	78,95 %
DEMM/ CVF	1,07 s-1	0,88 s-1	1,01 s-1	0,97 s-1	110,31 %
DE75	3,17 L/s	2,84 L/s	2,86 L/s	7,37 L/s	43,01 %
DE50	3,37 L/s	2,19 L/s	2,99 L/s	4,60 L/s	73,26 %
DE25	2,11 L/s	1,89 L/s	2,06 L/s	1,84 L/s	114,67 %