

<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> LANSANA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1971	<b>Profession</b> MENUISIER
<b>Age</b> 53 Ans	<b>Entreprise</b> GPC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 232	<b>Fumeur</b> Ancien fumeur
<b>Taille</b> 159 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 59 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 10
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendence d'un trouble ventilatoire restrictif.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 27,6 °C

Numéro de série : 232707

Pression atmosphérique : 100,9 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024 Humidité : 53 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	1,92 L	2,20 L	2,98 L	73,83 %
VEMS	1,92 L	2,19 L	2,44 L	89,75 %
DEP	5,43 L/s	6,94 L/s	7,65 L/s	90,72 %
VEMS/CVF	100,00 %	99,55 %	77,72 %	128,09 %
Durée d'expiration	1,41 s	1,33 s	-	
DEMM	3,55 L/s	3,78 L/s	3,51 L/s	107,69 %
DEMM/CVF	1,85 s-1	1,72 s-1	1,02 s-1	168,63 %
DE75	4,54 L/s	5,99 L/s	6,67 L/s	89,81 %
DE50	4,08 L/s	3,91 L/s	4,04 L/s	96,78 %
DE25	1,72 L/s	2,33 L/s	1,43 L/s	162,94 %