

<b>Nom</b> MARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MAMADY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/07/1985	<b>Profession</b> MENUISIER
<b>Age</b> 38 Ans	<b>Entreprise</b> GPC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 350	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 173 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 57 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccls/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 28,6 °C

Numéro de série : 232707

Pression atmosphérique : 100,5 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024 Humidité : 52 %



Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Prédits	% Prédits
CVF	2,42 L	2,13 L	4,03 L	60,05 %
VEMS	2,42 L	2,13 L	3,35 L	72,24 %
DEP	7,93 L/s	8,09 L/s	9,15 L/s	86,67 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	80,41 %	124,36 %
Durée d'expiration	1,16 s	0,60 s	-	
DEMM	4,15 L/s	5,82 L/s	4,43 L/s	93,68 %
DEMM/ CVF	1,71 s-1	2,73 s-1	0,96 s-1	178,12 %
DE75	7,15 L/s	7,82 L/s	7,87 L/s	90,85 %
DE50	4,14 L/s	5,95 L/s	5,03 L/s	82,31 %
DE25	2,63 L/s	3,94 L/s	2,18 L/s	120,64 %