



| | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Nom KEITA | Adresse |
| Prénom MANDJOU | Exposition |
| Né le 01/01/1992 | Profession MACON |
| Age 32 Ans | Entreprise GPC |
| Genre Masculin | Service |
| ID 150 | Fumeur Non fumeur |
| Taille 161 cm | Prescripteur: |
| Poids 57 kg | Smoking Pack Years : 0 |
| Valeurs prédites Eccs/Zapletal | |
| Opérateur admin admin | |



MEDVIE
CENTRE MEDICAL BEYLA
611724921

Conclusion:

Version du logiciel embarqué : V01.02.00 Température ambiante : 26,1 °C
 Numéro de série : 232803 Pression atmosphérique : 93,3 kPa
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 42 %



| Nom | Courbe n°1 | Courbe n°2 (Validée) | Prédits | % Prédits |
|--------------------|------------|----------------------|----------|-----------|
| CVF | 2,17 L | 3,59 L | 4,09 L | 87,78 % |
| VEMS | 2,17 L | 3,59 L | 3,50 L | 102,57 % |
| DEP | 5,04 L/s | 7,87 L/s | 8,67 L/s | 90,77 % |
| VEMS/CVF | 100,00 % | 100,00 % | 81,48 % | 122,73 % |
| Durée d'expiration | 1,00 s | 1,06 s | - | |
| DEMM | 3,70 L/s | 5,84 L/s | 4,45 L/s | 131,24 % |
| DEMM/CVF | 1,71 s-1 | 1,63 s-1 | 1,09 s-1 | 149,54 % |
| DE75 | 4,26 L/s | 7,30 L/s | 7,39 L/s | 98,78 % |
| DE50 | 4,23 L/s | 5,42 L/s | 4,76 L/s | 113,87 % |
| DE25 | 2,79 L/s | 4,33 L/s | 2,03 L/s | 213,30 % |