

<b>Nom</b> KABA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> ABDOULAYE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 17/08/1990	<b>Profession</b> TECHNICIEN ASSISTANT LABO
<b>Age</b> 33 Ans	<b>Entreprise</b> GPC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 333	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 179 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 64 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 1
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 29,2 °C

Numéro de série : 232707

Pression atmosphérique : 100,8 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024 Humidité : 55 %



Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	2,62 L	2,41 L	2,39 L	4,44 L	59,01 %
VEMS	2,62 L	2,41 L	2,39 L	3,70 L	70,81 %
DEP	5,16 L/s	6,12 L/s	6,14 L/s	9,74 L/s	52,98 %
VEMS/CVF	100,00 %	100,00 %	100,00 %	81,30 %	123,00 %
Durée d'expiration	1,22 s	0,99 s	1,10 s	-	
DEMM	3,90 L/s	4,02 L/s	4,07 L/s	4,76 L/s	81,93 %
DEMM/CVF	1,49 s-1	1,67 s-1	1,70 s-1	0,93 s-1	160,22 %
DE75	4,02 L/s	4,95 L/s	4,38 L/s	8,34 L/s	48,20 %
DE50	4,61 L/s	4,23 L/s	4,56 L/s	5,42 L/s	85,06 %
DE25	3,42 L/s	2,57 L/s	2,43 L/s	2,47 L/s	138,46 %