



<b>Nom</b> KABA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> SIDIKIBA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 19/11/2002	<b>Profession</b> INGENIEUR STAGIAIRE
<b>Age</b> 21 Ans	<b>Entreprise</b> GPC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 369	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 171 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 55 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 27,6 °C  
 Numéro de série : 232707      Pression atmosphérique : 100,9 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024      Humidité : 49 %



Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Prédits	% Prédits
CVF	3,02 L	2,89 L	4,22 L	71,56 %
VEMS	3,02 L	2,89 L	3,60 L	83,89 %
DEP	5,59 L/s	6,58 L/s	9,59 L/s	58,29 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	82,74 %	120,86 %
Durée d'expiration	1,36 s	1,74 s	-	
DEMM	5,08 L/s	5,83 L/s	4,95 L/s	102,63 %
DEMM/ CVF	1,68 s-1	2,02 s-1	1,02 s-1	164,71 %
DE75	4,50 L/s	4,74 L/s	8,14 L/s	55,28 %
DE50	5,38 L/s	6,23 L/s	5,36 L/s	100,37 %
DE25	4,12 L/s	4,46 L/s	2,47 L/s	166,80 %