



<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MORCIRE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1985	<b>Profession</b> OPERATEUR MANITOU
<b>Age</b> 39 Ans	<b>Entreprise</b> GPC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 83	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 164 cm	<b>Prescripteur:</b>
<b>Poids</b> 66 kg	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Valeurs prédites</b> Eccls/Zapletal	
<b>Opérateur</b> admin admin	



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V00.00.00    Température ambiante : 25,8 °C  
 Numéro de série : -    Pression atmosphérique : 93,6 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : -    Humidité : 46 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,86 L	2,90 L	4,08 L	71,08 %
VEMS	2,73 L	2,79 L	3,43 L	81,34 %
DEP	8,46 L/s	10,40 L/s	8,56 L/s	121,50 %
VEMS/ CVF	95,45 %	96,21 %	80,23 %	119,92 %
Durée d'expiration	1,94 s	1,84 s	-	
DEMM	4,30 L/s	3,92 L/s	4,21 L/s	93,11 %
DEMM/ CVF	1,50 s-1	1,35 s-1	1,03 s-1	131,07 %
DE75	8,07 L/s	7,36 L/s	7,35 L/s	100,14 %
DE50	4,78 L/s	4,06 L/s	4,66 L/s	87,12 %
DE25	2,17 L/s	2,52 L/s	1,92 L/s	131,25 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: