



<b>Nom Koumassadouno</b>	<b>Adresse</b>
<b>Prénom Tamba Zakari</b>	<b>Exposition</b>
<b>Né le 18/03/1984</b>	<b>Profession RESPONSABLE HSE</b>
<b>Age 40 Ans</b>	<b>Entreprise GPC</b>
<b>Genre Masculin</b>	<b>Service</b>
<b>ID 220</b>	<b>Fumeur Non fumeur</b>
<b>Taille 182 cm</b>	<b>Groupe ethnique Origine africaine</b>
<b>Poids</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites Ecgs/Zapletal</b>	<b>Smoking Pack Years : 0</b>
<b>Opérateur admin admin</b>	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 27 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 100,9 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 57 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3	Courbe n°4	Courbe n°5 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,55 L	2,76 L	2,91 L	2,58 L	3,23 L	4,43 L	72,91 %
VEMS	2,24 L	2,27 L	2,58 L	2,53 L	2,59 L	3,64 L	71,15 %
DEP	3,72 L/s	4,64 L/s	5,50 L/s	5,18 L/s	5,70 L/s	9,62 L/s	59,25 %
VEMS/CVF	87,84 %	82,25 %	88,66 %	98,06 %	80,19 %	80,05 %	100,17 %
Durée d'expiration	2,73 s	1,75 s	1,59 s	1,27 s	2,39 s	-	
DEMM	2,28 L/s	2,08 L/s	2,52 L/s	2,78 L/s	2,28 L/s	4,52 L/s	50,44 %
DEMM/CVF	0,89 s-1	0,75 s-1	0,87 s-1	1,08 s-1	0,71 s-1	0,89 s-1	79,78 %
DE75	3,47 L/s	3,25 L/s	4,15 L/s	4,57 L/s	3,88 L/s	8,31 L/s	46,69 %
DE50	2,35 L/s	1,99 L/s	2,65 L/s	2,80 L/s	2,23 L/s	5,31 L/s	42,00 %
DE25	1,34 L/s	1,29 L/s	1,50 L/s	1,71 L/s	1,36 L/s	2,37 L/s	57,38 %