

<b>Nom</b> KEITA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MOHAMED	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 20/02/1977	<b>Profession</b> OPERATEUR CHARGEUR
<b>Age</b> 47 Ans	<b>Entreprise</b> GPC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 227	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 184 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 106 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccls/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 27,9 °C

Numéro de série : 232707

Pression atmosphérique : 100,8 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024 Humidité : 53 %



Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Prédits	% Prédits
CVF	3,42 L	3,40 L	4,38 L	78,08 %
VEMS	3,36 L	3,33 L	3,53 L	95,18 %
DEP	7,42 L/s	7,09 L/s	9,44 L/s	78,60 %
VEMS/ CVF	98,25 %	97,94 %	78,80 %	124,68 %
Durée d'expiration	1,38 s	1,47 s	-	
DEMM	4,64 L/s	4,82 L/s	4,25 L/s	109,18 %
DEMM/ CVF	1,36 s-1	1,42 s-1	0,84 s-1	161,90 %
DE75	7,20 L/s	6,57 L/s	8,21 L/s	87,70 %
DE50	4,82 L/s	6,07 L/s	5,17 L/s	93,23 %
DE25	2,75 L/s	2,29 L/s	2,24 L/s	122,77 %