



<b>Nom</b> DIAKITE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> NOUHAN	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1986	<b>Profession</b> SUPERVISEUR HSE
<b>Age</b> 38 Ans	<b>Entreprise</b> GPC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 381	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 171 cm	<b>Groupe ethnique</b> Caucasien
<b>Poids</b> 77 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 26,8 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 100,6 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 50 %



Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,35 L	4,51 L	74,28 %
VEMS	3,28 L	3,76 L	87,23 %
DEP	7,56 L/s	9,03 L/s	83,72 %
VEMS/ CVF	97,91 %	80,41 %	121,76 %
Durée d'expiration	1,42 s	-	
DEMM	5,30 L/s	4,39 L/s	120,73 %
DEMM/ CVF	1,58 s-1	0,97 s-1	162,89 %
DE75	7,52 L/s	7,76 L/s	96,91 %
DE50	5,14 L/s	4,96 L/s	103,63 %
DE25	3,07 L/s	2,13 L/s	144,13 %