



<b>Nom</b> TRAORE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> YOUNOUSSA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1985	<b>Profession</b> ASSISTANT CONCASSEUR
<b>Age</b> 40 Ans	<b>Entreprise</b> GPC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 920	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 180 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 70 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 24,7 °C  
 Numéro de série : 232707      Pression atmosphérique : 93,8 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024      Humidité : 55 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	3,88 L	4,38 L	4,19 L	4,51 L	97,12 %
VEMS	3,85 L	4,09 L	4,14 L	3,69 L	110,84 %
DEP	5,94 L/s	5,62 L/s	6,35 L/s	9,45 L/s	59,47 %
VEMS/ CVF	99,23 %	93,38 %	98,81 %	81,93 %	113,98 %
Durée d'expiration	2,19 s	1,82 s	1,50 s	-	
DEMM	5,47 L/s	4,74 L/s	5,93 L/s	3,84 L/s	123,44 %
DEMM/ CVF	1,41 s-1	1,08 s-1	1,42 s-1	0,85 s-1	127,06 %
DE75	5,69 L/s	4,33 L/s	5,87 L/s	-	
DE50	5,61 L/s	5,15 L/s	6,19 L/s	-	
DE25	4,15 L/s	3,11 L/s	4,59 L/s	-	