

Nom GBAMOU	Adresse
Prénom PIERRE	Exposition
Né le 10/08/1980	Profession ELECTRICIEN
Age 43 Ans	Entreprise GPC
Genre Masculin	Service
ID 344	Fumeur Non fumeur
Taille 168 cm	Groupe ethnique Origine africaine
Poids 58 kg	Prescripteur:
Valeurs prédites Eccls/Zapletal	Smoking Pack Years : 0
Opérateur admin admin	



Fim medical
 51 rue Primat
 +33 (0)4 72 34 89 89
 +33(0)4 72 33 43 51

Conclusion: Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 29,2 °C

Numéro de série : 232707

Pression atmosphérique : 100,8 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024 Humidité : 55 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,36 L	2,43 L	2,47 L	3,66 L	67,49 %
VEMS	2,31 L	2,43 L	2,43 L	3,04 L	79,93 %
DEP	4,74 L/s	4,90 L/s	4,41 L/s	8,63 L/s	51,10 %
VEMS/CVF	97,88 %	100,00 %	98,38 %	79,51 %	123,73 %
Durée d'expiration	1,28 s	1,19 s	1,25 s	-	
DEMM	3,45 L/s	3,60 L/s	3,34 L/s	4,12 L/s	81,07 %
DEMM/CVF	1,46 s-1	1,48 s-1	1,35 s-1	0,98 s-1	137,76 %
DE75	4,34 L/s	4,73 L/s	3,22 L/s	7,45 L/s	43,22 %
DE50	4,04 L/s	4,53 L/s	4,16 L/s	4,69 L/s	88,70 %
DE25	1,83 L/s	1,82 L/s	1,83 L/s	1,92 L/s	95,31 %