


<b>Nom</b> TRAORE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> ZOUMANA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 31/12/1990	<b>Profession</b> VOIRIE
<b>Age</b> 33 Ans	<b>Entreprise</b> GPC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 371	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 180 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 67 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 26,8 °C  
 Numéro de série : 232707      Pression atmosphérique : 100,8 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024      Humidité : 52 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,84 L	3,14 L	3,12 L	4,49 L	69,49 %
VEMS	2,84 L	3,07 L	3,11 L	3,73 L	83,38 %
DEP	5,85 L/s	4,39 L/s	5,13 L/s	9,80 L/s	52,35 %
VEMS/ CVF	100,00 %	97,77 %	99,68 %	81,30 %	122,61 %
Durée d'expiration	1,13 s	1,34 s	1,30 s	-	
DEMM	4,06 L/s	3,78 L/s	4,20 L/s	4,78 L/s	87,87 %
DEMM/ CVF	1,43 s-1	1,20 s-1	1,35 s-1	0,93 s-1	145,16 %
DE75	5,02 L/s	3,66 L/s	4,38 L/s	8,40 L/s	52,14 %
DE50	4,12 L/s	3,63 L/s	4,64 L/s	5,45 L/s	85,14 %
DE25	2,82 L/s	3,43 L/s	3,07 L/s	2,50 L/s	122,80 %