

<b>Nom</b> KANTE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MAMADI	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 16/01/1985	<b>Profession</b> SUPERVISEUR HSE
<b>Age</b> 39 Ans	<b>Entreprise</b> GPC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 15	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 171 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 84 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccls/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> KEITA MARIAMA DALANDA	



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:** NORMAL



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 27,6 °C

Numéro de série : 232697

Pression atmosphérique : 93,4 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 37 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,94 L	3,31 L	3,91 L	84,65 %
VEMS	2,88 L	3,09 L	3,25 L	95,08 %
DEP	5,12 L/s	5,02 L/s	8,99 L/s	55,84 %
VEMS/CVF	97,96 %	93,35 %	80,23 %	116,35 %
Durée d'expiration	1,40 s	2,32 s	-	
DEMM	4,44 L/s	4,31 L/s	4,35 L/s	99,08 %
DEMM/CVF	1,51 s-1	1,30 s-1	0,97 s-1	134,02 %
DE75	4,71 L/s	4,81 L/s	7,73 L/s	62,23 %
DE50	4,91 L/s	4,65 L/s	4,93 L/s	94,32 %
DE25	2,84 L/s	2,58 L/s	2,10 L/s	122,86 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: