



<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b> 622239790
<b>Prénom</b> FATOUMATA DEKA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 09/09/1997	<b>Profession</b> ASSISTANTE MECANIQUE
<b>Age</b> 27 Ans	<b>Entreprise</b> GPC
<b>Genre</b> Féminin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 953	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 153 cm	<b>Groupe ethnique</b> Caucasien
<b>Poids</b> 45 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00	Température ambiante : 27,9 °C
Numéro de série : 232697	Pression atmosphérique : 100,1 kPa
Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024	Humidité : 46 %



Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,05 L	3,18 L	64,47 %
VEMS	2,05 L	2,77 L	74,01 %
DÉP	5,75 L/s	6,50 L/s	88,46 %
VEMS/CVF	100,00 %	83,92 %	119,16 %
Durée d'expiration	0,73 s	-	
DEMM	4,78 L/s	3,92 L/s	121,94 %
DEMM/CVF	2,33 s <sup>-1</sup>	1,23 s <sup>-1</sup>	189,43 %
DE75	5,45 L/s	5,84 L/s	93,32 %
DE50	4,81 L/s	4,23 L/s	113,71 %
DE25	3,67 L/s	2,04 L/s	179,90 %