



<b>Nom</b> KANTE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> KABINE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 05/07/1993	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 30 Ans	<b>Entreprise</b> GPC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 313	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 162 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 65 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccls/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 28,6 °C  
 Numéro de série : 232707      Pression atmosphérique : 100,8 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024      Humidité : 56 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,63 L	2,73 L	3,65 L	74,79 %
VEMS	2,59 L	2,65 L	3,14 L	84,39 %
DEP	6,32 L/s	5,91 L/s	8,82 L/s	67,01 %
VEMS/ CVF	98,48 %	97,07 %	81,84 %	118,61 %
Durée d'expiration	1,34 s	1,55 s	-	
DEMM	3,77 L/s	3,65 L/s	4,56 L/s	80,04 %
DEMM/ CVF	1,43 s-1	1,34 s-1	1,09 s-1	122,94 %
DE75	6,15 L/s	5,11 L/s	7,50 L/s	68,13 %
DE50	4,44 L/s	4,34 L/s	4,86 L/s	89,30 %
DE25	2,55 L/s	2,01 L/s	2,10 L/s	95,71 %