



<b>Nom</b> CONDE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MAMADY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1994	<b>Profession</b> CHAUFFEUR CAMION BENNE
<b>Age</b> 30 Ans	<b>Entreprise</b> GPC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 72	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 159 cm	<b>Prescripteur:</b>
<b>Poids</b> 64 kg	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	
<b>Opérateur</b> KEITA MARIAMA DALANDA	



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 27,4 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,4 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 44 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,84 L	3,07 L	3,30 L	4,03 L	81,89 %
VEMS	2,71 L	2,82 L	2,96 L	3,48 L	85,06 %
DEP	4,79 L/s	6,34 L/s	6,28 L/s	8,64 L/s	72,69 %
VEMS/ CVF	95,42 %	91,86 %	89,70 %	81,84 %	109,60 %
Durée d'expiration	2,91 s	3,60 s	3,27 s	-	
DEMM	3,99 L/s	3,52 L/s	3,61 L/s	4,50 L/s	80,22 %
DEMM/ CVF	1,40 s-1	1,15 s-1	1,09 s-1	1,12 s-1	97,32 %
DE75	4,06 L/s	6,26 L/s	6,04 L/s	7,34 L/s	82,29 %
DE50	4,67 L/s	3,93 L/s	4,16 L/s	4,75 L/s	87,58 %
DE25	2,68 L/s	1,69 L/s	1,46 L/s	2,03 L/s	71,92 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: