


Nom BANGOURA	Adresse
Prénom MOHAMED	Exposition
Né le 28/11/1975	Profession
Age 48 Ans	Entreprise GPC
Genre Masculin	Service
ID MVGPC117	Fumeur Non fumeur
Taille 178 cm	Groupe ethnique Origine africaine
Poids 97 kg	Prescripteur:
Valeurs prédites Ecgs/Zapletal	Smoking Pack Years : 0
Opérateur admin admin	



Fim medical
51 rue Primat
+33 (0)4 72 34 89 89
+33(0)4 72 33 43 51

Conclusion: Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00
Température ambiante : 28,2 °C
Numéro de série : 232707
Pression atmosphérique : 100,1 kPa
Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024
Humidité : 41 %



Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3	Courbe n°4 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	0,07 L	2,02 L	2,40 L	2,91 L	4,05 L	71,85 %
VEMS	0,07 L	1,74 L	2,05 L	2,51 L	3,28 L	76,52 %
DEP	0,57 L/s	3,31 L/s	3,40 L/s	4,71 L/s	9,03 L/s	52,16 %
VEMS/CVF	100,00 %	86,14 %	85,42 %	86,25 %	78,62 %	109,70 %
Durée d'expiration	1,61 s	1,45 s	1,70 s	2,36 s	-	
DEMM	0,31 L/s	1,53 L/s	2,03 L/s	3,13 L/s	4,10 L/s	76,34 %
DEMM/CVF	4,43 s-1	0,76 s-1	0,85 s-1	1,08 s-1	0,88 s-1	122,73 %
DE75	0,49 L/s	2,35 L/s	1,76 L/s	3,57 L/s	7,86 L/s	45,42 %
DE50	0,33 L/s	1,40 L/s	2,09 L/s	3,25 L/s	4,91 L/s	66,19 %
DE25	0,23 L/s	1,01 L/s	1,89 L/s	1,70 L/s	2,05 L/s	82,93 %