## Examen réalisé le 26/06/2025 à 22:46

Nom KAMARA Prénom BALLAH Né le 01/09/1993 Age 31 Ans

Genre Masculin

**ID** 999 **Taille** 176 cm

Poids 69 kg Valeurs prédites NHANES III

Opérateur BARRY MARIAMA THIOUTO

Adresse Exposition

**Profession** OPERATEUR CONCASSEUR

**Entreprise** GPC

Service

Fumeur Non fumeur

Groupe ethnique Origine africaine

Prescripteur:

**Smoking Pack Years:** 0




Fim medical


51 rue Primat +33 (0)4 72 34 89 89 +33(0)4 72 33 43 51

## **Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00 Température ambiante : 28,2 °C Numéro de série : 232707 Pression atmosphérique : 93,6 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024 Humidité : 64 %





| Nom                | Courbe n°1 | Courbe n°2<br>(Validée) | Courbe n°3 | Prédits  | % Prédits |
|--------------------|------------|-------------------------|------------|----------|-----------|
| CVF                | 3,09 L     | 3,11 L                  | 2,95 L     | 4,44 L   | 70,05 %   |
| VEMS               | 2,85 L     | 2,97 L                  | 2,83 L     | 3,71 L   | 80,05 %   |
| DEP                | 6,81 L/s   | 8,24 L/s                | 7,99 L/s   | 9,43 L/s | 87,38 %   |
| VEMS/CVF           | 92,23 %    | 95,50 %                 | 95,93 %    | 83,57 %  | 114,28 %  |
| Durée d'expiration | 1,55 s     | 1,36 s                  | 1,39 s     | -        |           |
| DEMM               | 3,72 L/s   | 4,19 L/s                | 3,95 L/s   | 4,07 L/s | 102,95 %  |
| DEMM/CVF           | 1,20 s-1   | 1,35 s-1                | 1,34 s-1   | 0,92 s-1 | 146,74 %  |
| DE75               | 5,86 L/s   | 7,21 L/s                | 5,05 L/s   | -        |           |
| DE50               | 3,73 L/s   | 4,20 L/s                | 4,77 L/s   | -        |           |
| DE25               | 1,95 L/s   | 2,62 L/s                | 2,32 L/s   | -        |           |