



<b>Nom</b> CAAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> OUSMANE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1990	<b>Profession</b> MAÇON
<b>Age</b> 34 Ans	<b>Entreprise</b> GPC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 279	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 179 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 76 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 29,7 °C  
 Numéro de série : 232707      Pression atmosphérique : 100,5 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024      Humidité : 58 %



Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Prédits	% Prédits
CVF	2,99 L	2,79 L	4,42 L	67,65 %
VEMS	2,99 L	2,79 L	3,67 L	81,47 %
DEP	7,90 L/s	5,68 L/s	9,69 L/s	81,53 %
VEMS/CVF	100,00 %	100,00 %	81,12 %	123,27 %
Durée d'expiration	1,11 s	1,55 s	-	
DEMM	4,83 L/s	4,33 L/s	4,72 L/s	102,33 %
DEMM/CVF	1,62 s-1	1,55 s-1	0,93 s-1	174,19 %
DE75	7,18 L/s	5,24 L/s	8,32 L/s	86,30 %
DE50	4,92 L/s	4,65 L/s	5,39 L/s	91,28 %
DE25	3,05 L/s	3,25 L/s	2,44 L/s	125,00 %